

Утверждаю
Директор Филиала
АО «Клевер»
К. В. Колупаев

2025г

Техническое задание № 603 от _____ 2025 года

Приобретение расходомеров на технические газы(аргон,углекислота), для установки в помещении углекислотной расположенной по ул. Карла Маркса №11 в г. Морозовске Ростовской области.

№ п/п	Технические характеристики, поставляемого оборудования	Характеристики
1	2	3
1	Состав среды, количество	Аргон - 1шт Углекислота - 1шт
2	Фазовое состояние	Газообразное
3	Тип учета	Технологический учет
4	Накопительный/текущий расход ед.изм	кг
5	Расход, кг в сутки	0-400
6	Давление в системе, атм	6-18
7	Плотность, кг/м ³	1500 - 1,900
8	Диаметр трубопровода места установки, мм	34
9	Материал трубопровода	нержавейка
10	Толщина стенки трубопровода, мм	2,5
11	Наличие прямого участка трубопровода в месте установки, м	2
12	Температура окружающей среды, град	5-25
13	Монтаж датчика и вычислителя	не более 5м
14	Питание расходомера, В	220 +-10%
15	Комплектация расходомера	с комплектом ответных фланцев
16	Погрешность измерения, %	не более 2
17	Наличие поверки	да

Расходомеры должны соответствовать Техническому регламенту ТС ТР ТС 012/2011
О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, ПУЭ, ПТЭЭП.

Коммерческие предложения прошу Вас присылать в письменном на бумажном носителе или отсканированном виде за подписью и печатью в формате PDF на электронную почту Начальника коммерческого отдела Плешакова А.А.
pleshakov@rsm-msm.ru.

Технический директор
Главный инженер
Главный энергетик

С.В. Макеев
В.П. Шкондин
С.А. Гнедко